EasyGlide
SystemRoMedic™

Slīddēlis EasyGlide

Lietošanas instrukcija

Ražotājs:

Handicare SystemRomedic

EasyGlide
SystemRoMedic™

Lietošanas instrukcija LV

EasyGlide tiek izmantots pacientu pārvietošanām sēdus pozīcijā starp ratiņkrēslu un gultu, tualeti vai automašīnas sēdekli. EasyGlide ir pieejams dažādos izmēros, lai apmierinātu dažādas pārsēšanās vajadzības. Mazāku modeli bieži lieto aktīvie pacienti, kuri paši var pārvaldīt pārsēšanos.

SystemRoMedic ir dažādu pārvietošanās palīgierīču sērija. Palīglīdzekļu izvēle ir atkarīga no pārvietošanas situācijas un pacienta funkcionālajām spējām un vajadzībām

Funkcionālā pārbaude

Vizuālā pārbaude
Regulāri pārbaudiet palīgierīces stāvokli un funkcijas. Pārbaudiet, vai audums nav nolietots vai izbalējis. Ja ir nolietojuma pazīmes, produkts jāizņīcina.

Funkcionālā pārbaude
Uzmanīgi salieciet EasyGlide, lai pārbaudītu izturību un izturību. Paklājam jābūt elastīgam un stingram. Izmetiet EasyGlide, kad tā izturība ir samazinājusies.

Vienmēr lasiet lietošanas instrukciju

Vienmēr izlasiet rokasgrāmatas visām palīgierīcēm, kas tiek izmantotas pārcelšanas laikā. Glabājiet rokasgrāmatu, kur tā ir pieejama produkta lietotājiem. Pārvietošanas situācijā neatstājiet pacientu bez uzraudzības.

Maksimālais lietotāja svars



EasyGlide pareiza novietošana

Novietojiet ratiņkrēslu leņķī pret gultu cik tuvu iespējams. Noņemiet gultai tuvāko roku balstu un noņemiet kāju balstus. Novietojiet EasyGlide kā tiltu starp gultu un ratiņkrēslu.



Atlieciet vienu malu pret ratiņkrēsla riteni. novietojiet EasyGlide zem pacienta, uzmanīgi paceliet pacientu pretējā virzienā. Kad pārsēšanās ir pabeigta, noņemiet dēlīti.

EasyGlide lietošana

Aktīvi lietotāji var pārsēsties, izmantojot EasyGlide. Satveriet roku balstu un noliecieties pret ratiņkrēslu. Ir svarīgi atcerēties noliekties vairāk pret gultu, kad pabeidzat pārsēšanos, lai varētu ieslīdēt krēslā pareizā pozīcijā.

Ja pacientam ir nepieciešams atbalsts un palīdzība pārsēšanās laikā, asistentam vajadzētu izmantot EasyBelt/FlexiBelt jostu.

Aprūpētājam ir jāatrodas pacientam aiz muguras vai priekšā.

EasyGlide var izmanot arī, lai iesēstos un izsēstos no mašīnas.

Materiāls:
Polietilēns

Produkta kopšana
Produkta virsmu var tīrīt ar siltu ūdeni vai ziepēm. Ja nepieciešama dezinfekcija, var izmantot 70% etanola, 45% izopropanola vai tamlīdzīgu līdzekli.

CE marķējums, 1. klases medicīnas ierīce

Produkts atbilst medicīnas ierīču direktīvas 93/42/EEK prasībām.

Sazinieties ar savu izplatītāju, ja jums ir kādi jautājumi par produktu vai tā lietošanu.
Kalpošanas ilgums
10 gadi pie normālas lietošanas