GAMINIO INSTRUKCIJA

Evakuacijos paklodė Optimal

Kodas: 10-090200/10-080205

Gamintojas:

care of sweden
SUPPORTING LIFE

UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com,www.slaugivita.com

Vartotojo instrukcijos numeris: 95-001107

7 331345 015538

CE

Turinys

Įvadas	4
Produkto aprašymas ir naudojimas	6
Išpakavimas	7
Priežiūros instrukcijos	7
Kita informacija	8

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas

Įspėjimas!

1. Niekada neneškite paciento ir čiužinio ant evakuacijos paklodės.

2. Nenaudokite evakuacijos paklodės be čiužinio.

3. Evakuacijos paklodė turi būti klojama po čiužiniu ir tvirtinama prie čiužinio elastinių gumų kampuose pagalba.

4. Svarbu teisingai padėti paklodę ir nesumaišyti viršutinės ir apatinės dalies. Žiūrėkite ženklinimą.

5. Nuo kontakto su atvira liepsna ar karštu paviršiumi, pvz. uždegta cigarete ar karšta lempa, gaminys gali būti pažeistas ir prarasti savo funkcijas.

6. Čiužinys turi būti tinkamas ant jo gulinčio paciento svoriui, kitaip yra rizika sužeisti pacientą.

ŽENKLAI

Perskaitykite instrukcija	Garantija	CE ženklinimas	Nemesti prie buitinių atliekų
Gali būti perdirbtas	Atsparus liepsnai	Valymas	Maksimum 1% chloro

1. Įvadas

Perskaitykite šią instrukciją prieš pradedant naudoti evakuacijos paklodę.

1.1. Bendra informacija

Šis produktas yra medicininė įranga, turinti CE ženklinimą pagal MDD 93/42/EEC. Jis taip pat atitinka medicinos prietaisų standartus.

1.2. Paskirtis

Optimal evakuacijos paklodė skirta kilus pavojui greitai evakuoti prie lovos prikaustytus pacientus. Taip pat gali būti naudojama evakuojant laiptais.
Paklodė ergonomiško dizaino ir gaminama iš tvirtų medžiagų, kurios gerai slysta sausu ar drėgnu paviršiumi. Ji taip pat turi rankenas šonuose.

1.3. Evakuacijos instrukcijos

Kilus gaisrui ar kitam pavojui, nėra laiko pagalvoti, ką daryti toliau. Todėl labai svarbu. Kad evakuacijos įranga ir procedūros būtų planuojamos ir žinomos iš anksto.

Optimal evakuacijos paklodė turi po 3 rankenas trumpuosiuose galuose. Iš šonų yra juostos su lipdukais, skirtos pritvirtinti asmenį prieš evakuojant. Kampuose paklodė turi elastines gumas tvirtinimui prie čiužinio.



Įspėjimas!

Asmuo, atliekantis evakuaciją, turi būti apmokytas. Visada patikrinkite evakuacijos priemones, kad įsitikinti jog evakuacija gali būti atlikta tinkamai.

Evakuacijos instrukcijos





Nukėlimas iš lovos

- Informuokite pacientą, kas vyksta.
- Nuleiskite ir užfiksuokite lovą.
- Ištraukite juostas su lipdukais ir apjuoskite pacientą taip, kad čiužinys jį apgaubtų.
- Naudokite rankenas kojūgalyje ir patraukite čiužinį nuo lovos.
- Lėtai nuleiskite pacientą ant grindų.



Ant lygaus paviršiaus

Traukite už rankenų kojūgalyje
Traukdami šiek tiek atsiloškite atgal



Žemyn laiptais

- Ženkite atbulas, kol visas čiužinys bus ant laiptų.
- Apsisukite veidu į ėjimo kryptį.
- Viena ranka laikykitės už turėklų, kita ranka traukite čiužinį už vidurinės rankenos.
- Nulipkite laiptais. Svarbu palaikyti reikiamą greitį, nebėgti.

Apmokymai
Turėkite omenyje apmokymų metu:

Traukdami nuo lovos:
Pacientas neturi gulėti labai aukštai ir siekti galva čiužinio viršų. Yra rizika sužeisti galvą traukiant čiužinį nuo lovos.

Traukiant laiptais:
Bandykite traukti tuščią čiužinį, kad išmokti technikos.
Kai bandote su pacientu ant čiužinio, galite perverti virvę per galvūgalio kilpas. Antras asmuo gali eiti iš paskos ir pagelbėti iškilus nesklandumams.
Patartina praktikuoti ant tų pačių laiptų, kur vyks evakuacija.

Bendros nuostatos
Svarbiausias mokymų tikslas ne pasiekti didelį greiti, bet išmokti taisyklingos technikos.

Apmokymų priemonės
Dėl didelės priemonių apkrovos evakuacijos metu, visada patikrinkite siūles ir rankenas apmokymams pasibaigus. Mes rekomenduojame, kad priemonės, naudojamos apmokymams, būtų pažymėtos ir naudojamos tik tam tikslui.

Paaiškinimai
Jeigu juostos su lipdukais neužsegtos, yra rizika, kad pacientas nuslys/nusiris nuo čiužinio.
Traukimas už kojūgalio sumažina įtampą traukiančiajam, o tai reiškia greitesnę ir saugesnę evakuaciją.
Traukimas laiptais yra sudėtingiausia evakuacijos dalis, ir turi būti apmokoma ypač atsakingai.
Paciento rankos turi būti sutrauktos juostomis su lipduku. Tai sumažina riziką, kad iš baimės asmuo į ką nors įsikibs.

Pastaba

Care of Sweden pagamino DVD su evakuacijos instrukcijomis. Jį galite užsakyti per savo tiekėją.

2. Produkto aprašymas ir naudojimas

Optimal evakuacijos paklodė skirta kilus pavojui greitai evakuoti prie lovos prikaustytus pacientus. Taip pat gali būti naudojama evakuojant laiptais.

Evakuacijos paklodė turi būti klojama po čiužiniu ir tvirtinama prie čiužinio elastinių gumų kampuose pagalba. Tai yra labai paprasta, paklodė gaminama kelių dydžių, kad tiktų daugumai čiužinių. Paklodė ergonomiško dizaino ir gaminama iš tvirtų medžiagų, kurios gerai slysta sausu ar drėgnu paviršiumi. Ji taip pat turi rankenas šonuose.

Tai paprasta ir saugi priemonė evakuacijai. Ji atitinka Švedijos standarto reikalavimus (SS 876 00 39) evakuacijos paklodėms.

Medžiaga: Poliamidas/poliesteris.

Atsparumas liepsnai: SS876 00 01, klasė B.

Garantija: 2 metai.

3. Išpakavimas ir instaliacija

3.1. Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotė nepažeista. Jei pastebėjote pažeidimus, susisiekite su tiekėju prieš naudodami produktą.

3.2. Instaliacija

Evakuacijos paklodė klojama po čiužiniu. Nėra svarbu, kur galvūgalis, kur kojūgalis.

Evakuacijos paklodė pažymėta „Ši pusė į viršų“. Svarbu teisingai pakloti paklodę, kadangi ji turi lengvai slysti.

Pritvirtinkite paklodę prie čiužinio kampų elastinių gumų pagalba (žr. pav.).

Dabar paklodė paruošta naudojimui.



4. Priežiūros instrukcijos

Svarbu vadovautis pateiktomis instrukcijomis prieš pradedant naudoti paklodę kitam pacientui.

Valykite muilu ir vandeniu.

Skalbti 70°C temperatūroje.

Galima džiovinti centrifugoje.

Kai skalbiate, susekite juostas lipdukais.

Kiekviena paklodė turi priežiūros etiketę.

5. Kita informacija

5.1. Sandėliavimas

Laikykite sausoje patalpoje kambario temperatūroje. Venkite tiesioginių saulės spindulių.

5.2. Žymėjimas

Paklodė žymima pagaminimo data, serijos numeriu, dydžiu, priežiūros instrukcija ir EAN barkodu.

5.3. Garantija

Optimal evakuacijos paklodei suteikiama 2 metų garantija. Garantija suteikiama gamybos klaidoms. Garantija negalioja įprastam gaminio nusidėvėjimui ar būklės pablogėjimui ar pažeidimams, kurie atsirado dėl nerūpestingo elgesio su gaminiu ar dėl netinkamos jo priežiūros.

5.4. Priežiūra

Evakuacijos paklodei nereikia jokios ypatingos priežiūros, išskyrus aprašytą.

5.5. Remontas

Susisiekite su tiekėju.

5.6. Perdirbimas

Gaminys yra visiškai perdirbamas ir turi būti naikinamas kaip „degiosios atliekos“. Jokio išmontavimo.

5.7. Grąžinimas ir skundai

Skundai turi būti pateikiami tiekėjui. Grąžinti gaminį reikia laikantis tiekėjo nurodymų ir tik po to, kai pateikiamas skundas. Apie pažeidimus transportavimo metu turi būti pranešama transportuojančiam agentui.

Pagaminta
Care of Sweden

Kontaktai:
Tel.: +46 771 106600
Faks.: +46 325 12840
El. paštas: info@careofsweden.se
Internetas: www.careofsweden.com

Adresas:
Care of Sweden AB
Box 158, SE-512 24 Svenljunga, Švedija

Apsilankymų/krovinių adresas:
Boråsvägen 14, SE-512 53 Svenljunga, Švedija

Tiekėjas
UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, 77172 Šiauliai, Lietuva
Tel. +370 41 522439
Fax. +370 41 595279
E-mail: info@slaugivita.com
www.slaugivita.com
© Care of Sweden AB, 2011

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"
GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: Evakuacijos paklodė Optimal

Modelis:

Serijos Nr._____

Pardavimo data_____ PVM Sąskaitos-faktūros Nr._____

Pardavėjo pavardė_____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama ___24_____ garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.
Garantija netaikoma:
Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.
Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.
Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.
Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.
Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.
Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:
Pirkėjo parašas_____
Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204
info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. **Gedimas**_____
_____

Data: _____
Panaudotos dalys: _____
_____
_____
_____

Servisas_____
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)